



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙРОСОФТ", ООО "НЕЙРОСОФТ" зарегистрирован Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иваново 17.03.2003 ОГРН: 1033700080721, место нахождения: 153032, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВОРОНИНА, ДОМ 5, телефон: +7 4932240480, факс: +7 4932593344, адрес электронной почты: info@neurosoft.com

В лице: ПРЕЗИДЕНТ ШУБИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

заявляет, что Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ в исполнении «Нейрон-Спектр-4/ВПМ» по ТУ 26.60.12-044-13218158-2017, код ОКПД2: 26.60.12.121, код ТН ВЭД: 9018191000, описание продукции: регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03365

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 26.60.12-044-13218158-2017
Серийный выпуск,

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЙРОСОФТ", место нахождения: 153032, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ИВАНОВСКАЯ, ГОРОД ИВАНОВО, УЛИЦА ВОРОНИНА, ДОМ 5, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 153032, РОССИЯ, Ивановская обл., г Иваново, ул. Воронина, дом 5,


Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014; ГОСТ Р МЭК 60601-1-6-2014; ГОСТ ISO 9919-2011; ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000; ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93; ГОСТ Р ИСО 9127-94; ГОСТ 28195-89; ГОСТ ISO 10993-1-2011; ГОСТ ISO 10993-5-2011; ГОСТ ISO 10993-9-2015; ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ ISO 10993-11-2011; ГОСТ ISO 10993-13-2016; ГОСТ ISO 10993-18-2011; ГОСТ Р 52770-2016;

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 12-18 выдан 07.02.2018 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Токсиколог" ООО "Национальный научный центр токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий" РОСС RU.0001.21ИМ55; № 11-18 выдан 07.02.2018 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория "Токсиколог" ООО "Национальный научный центр токсикологической и биологической безопасности медицинских изделий" РОСС RU.0001.21ИМ55; № 18/Б-008/18МТ выдан 28.02.2018 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория безопасности технических средств "ВНИИФТРИ-ТЕСТ" Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" RA.RU.21МЛ42; № 18/Э-006/18МТ выдан 28.02.2018 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория электромагнитной совместимости технических средств "ВНИИФТРИ-ТЕСТ" ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" РОСС RU.0001.21АЯ50;

Дата принятия декларации 13.11.2019

Декларация о соответствии действительна до 11.11.2029

М.П.


(подпись)

ШУБИН АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ

инициалы, фамилия



Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер декларации о соответствии

РОСС RU Д-RU.PA01.B.54663/19

Дата регистрации

13.11.2019